


BALÃO VOLUMÉTRICO INCOLOR CLASSE A



Utilizado para definir o volume de determinado líquido ou solução. Tampa vidro/poli. OBS: Produto pode ser acompanhado de certificado de calibração RBC, a pedido do cliente.

Material: Vidro borossilicato 3.3, calibrado a 20°C, classe A.

Cor: Incolor.

CÓDIGO (TAMPA DE VIDRO)	CÓDIGO (TAMPA DE POLI)	cap. (ml)	t (ml)	d (mm)	a (mm)	CX (unid.)
IVQA1621A.2V	IVQA1621A.2	2	0,02	-	-	400
IVQA1621A.5V	IVQA1621A.5	5	0,02	10	80	400
IVQA1621A.10V	IVQA1621A.10	10	0,02	10	95	400
IVQA1621A.20V	IVQA1621A.20	20	0,03	10	110	400
IVQA1621A.25V	IVQA1621A.25	25	0,03	10	110	400
IVQA1621A.50V	IVQA1621A.50	50	0,05	10	135	400
IVQA1621A.100V	IVQA1621A.100	100	0,10	12	170	200
IVQA1621A.200V	IVQA1621A.200	200	0,15	15	210	120
IVQA1621A.250V	IVQA1621A.250	250	0,15	15	225	72
IVQA1621A.500V	IVQA1621A.500	500	0,25	15	270	72
IVQA1621A.1000V	IVQA1621A.1000	1000	0,40	20	320	48
IVQA1621A.2000V	IVQA1621A.2000	2000	0,60	25	400	24
IVQA1621A.5000V	IVQA1621A.5000	5000	1,20	25	480	4
-	IVQA1621A.6000	6000	1,20	30	-	2

*Medidas aproximadas (pode haver pequenas variações nas medidas durante a produção)