

APARELHO PARA DETERMINAÇÃO DE ARSENIO



Utilizado para determinação de arsênio pelo método fotométrico de dietilditiocarbamato de prata. Possui juntas de vidro esmerilhadas.

Componentes (1): Gerador de Arsina; Juntas; Componentes (2): Unidade esmerilhada; tubo de absorção.

**Material:** Vidro Borossilicato.

**Cor:** Incolor.

**Marca:** Qualividros.

CÓDIGO	cap (ml)	CX (unid)
VQA.ARS125*	125	1

⚠ Medidas aproximadas